



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 01/04/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
------	----------	-----------------------	---------	--------------	--------------------	-------------

Processo / Ano: 26 / 2015 **Licitação:** 20/2015- PR

1	18342	ETILOMETRO PORTÁTIL, INDICADOR DA CONCENTRAÇÃO ETÍLICA NO SANGUE PELA ANÁLISE DO AR PULMONAR PROFUNDO. INSTRUMENTO MANUAL, PORTÁTIL QUE PESE 313G, COM MEDIDAS DE 90MM X 135MM X 35MM - FEITO COM PLÁSTICO ABS; INCLUINDO PROTEÇÃO CONTRA A INTERFERÊNCIA DAS FREQUÊNCIAS DE RÁDIO E FIEL PARA SEGURAR NA MÃO, EVITANDO QUEDAS ACIDENTAIS; SENSOR DE CÉLULA ELETROQUÍMICA (POR COMBUSTÃO) ESPECÍFICO PARA O ÁLCOOL QUE NÃO RESPONDA À ACETONA (PRODUZIDA POR DIABÉTICOS OU ATLETAS) NEM A OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE SÃO ACHADAS NA RESPIRAÇÃO HUMANA. QUE CAPTA COM EXATIDÃO DE ÁLCOOL DE RESPIRAÇÃO DE ATÉ 0,400 (BRAC). ESCALA E UNIDADE DE MEDIÇÃO: 0,00 A 2,00 MG/LT DE AR EXPIRADO. CUJO TEMPO DE RESPOSTA SEJA DENTRO DE 3 A 8 SEGUNDOS NAS AMOSTRAS NEGATIVAS E DENTRO DE 08 A 15 SEGUNDOS NAS AMOSTRAS POSITIVAS. O SISTEMA PERMITE UMA AMOSTRAGEM AUTOMÁTICA OU MANUAL DE AR PULMONAR PROFUNDO. QUE OPERE SOBRE UM VASTO ALCANCE DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS: 0º A 40ºC. QUE ANTES DE TOMAR UMA AMOSTRA AUTOMÁTICA DE RESPIRAÇÃO INFORMAR UM RESULTADO EXIGE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: UM NÍVEL ADEQUADO DE BATERIA; UMA TEMPERATURA ADEQUADA DO INSTRUMENTO; UM TESE EM BRANCO COM SUCESSO ANTES DO TESTE; UMA AMOSTRA DE AR PULMONAR E NENHUMA INTERFERÊNCIA DE RFI (RÁDIO FREQUÊNCIA) CAPTADA. QUE O BOCAL TENHA UM ESCUDO RETENTOR DE SALIVA ALÉM DE UMA VÁLVULA QUE NÃO PERMITE ASPIRAR AR FRESCO PARA DENTRO DA CÉLULA, ELIMINADO CONTATO DO OPERADOR E ASSIM REDUZIR 400 + TESTES POR BATERIA; INDICADOR DE BATERIA BAIXA INCLUÍDO NO SOFTWARE. TAMBÉM PODE ACOMPANHAR BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9V COM SUA RESPECTIVA BATERIA RESERVA, CARREGADOR BI-VOLT, 110/220V E ADAPTADOR PARA ACENDEDOR DO VEÍCULO (12V); COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 1025 RESULTADOS DE TESTES NA MEMÓRIA; CONTADOR EM MEMÓRIAS DE ATÉ 65.586 TESTES E QUE OS DADOS ARMAZENADOS POSSAM SER BAIXADOS USANDO UM PC COM AVISO INDICADOR DE MEMÓRIA CHEIA INCORPORADO NO SOFTWARE; QUE IMPRIMA O RESULTADO DO TESTE COMPLETO COM ESPAÇO PARA NOME DO EXAMINADO, RG OU CNH, ASSINATURA, NOME DO OPERADOR, RG, ASSINATURA TESTEMUNHAS 01 E 02 COM NOME, RG E ASSINATURAS. LUGAR PARA COLOCAR O LOCAL DO TESTE, NO TOPO APARECE O NOME DA EMPRESA OU UNIDADE FISCALIZADORA, NÚMERO DAS PORTARIAS DO INMETRO E DENATRAN, NÚMERO DE SÉRIE DO INSTRUMENTO, ÚLTIMA CALIBRAÇÃO E PRÓXIMA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BEM COMO DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DO TESTE; QUE POSSUA UM SOFTWARE DISPONIBILIZADO GRATUITAMENTE QUE PODERÁ SER BAIXADO ATRAVÉS DA ENTER-NET AOS PROPRIETÁRIOS DOS ETILÔMETRO; QUANTO À GARANTIA: GARANTA AO USUÁRIO/COMPRADOR, QUE O EQUIPAMENTO E TODOS OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS, NOVOS, ESTÃO LIVRES DE TODOS E QUALQUER DEFEITO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E SERVIÇO, DURANTE O PERÍODO DE (12) MESES, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, OPÇÃO ENTRE A REPARTIÇÃO OU A SUBSTITUIÇÃO COMO FORMA PELA QUAL POSSA SATISFAZER ESSA OBRIGAÇÃO. DEVERÁ ESTAR INCLUSO PACOTE COM 300	UN	1,000	9.685,33	9.685,33
---	-------	--	----	-------	----------	----------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2015 a 01/04/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
		BOCAIS DESCARTÁVEIS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR AFERIDOS PELO INMETRO OU ORGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - RBMLQ.				
					TOTAL DO PROCESSO:	9.685,33
					TOTAL:	9.685,33